

شماره: 51411ص2/1402/پ
تاریخ: 1402/11/11
پست:

بسمتعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی
معاونت درمان

به : جناب آقای رستمي
مدیر کل محترم اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي
موضوع: در خصوص آموزش دستگاه هاي مراقبت پوستي

با سلام و صلوات بر محمد مصطفي (ص) و خاندان پاك و مطهرش

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 3313 / ص / 02 / 22 مورخ 1402 / 08 / 22 آن اداره کل در خصوص شرایط و نحوه استفاده از دستگاه هاي selen (هیدرودرمي و گالوانيك هاي فرکانسي)، دستگاه Alphapeel (میکرودرم ابریژن - اندرمولوژی) و دستگاه اولتراسونیک (درما اف) در آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي، به استحضار مي رساند با توجه به استعلام صورت گرفته از سايت اداره کل تجهيزات پزشکي به نشاني imed.ir ، دستگاه هاي مذکور داراي موجود ساخت يا واردات از اداره کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت نبوده فلذا استفاده از آن ها مجاز نمي باشد و همچنين آموزش در خصوص استفاده از اين دستگاه ها نيز جايز نيست. لازم به ذکر است از دستگاه هاي مورد اشاره تنها دستگاه میکرودرم ابریژن ساخت کمپاني General Project S.r.l ایتالیا مدل Face UP به نمایندگی شرکت مهر آشکار گستر داراي مجوز واردات تا تاريخ 1402 / 12 / 07 مي باشد و استفاده از اين دستگاه مجاز و آموزش هاي لازم در خصوص کاربري آن نيز مي تواند توسط شرکت مجاز وارده کننده آن (مهر آشکار گستر) صورت پذيرد.

دکتر فریده رنجبران
معاون درمان دانشگاه

کدپستی: ۳۳۲۵ - ۹ - ۳۸۱۹۶

نمابر: ۳۱۳۳۰۰۱

http://www.arakmu.ac.ir

E-mail : darman@arakmu.ac.ir

اراک : خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - جنب بیمارستان امیرکبیر - صندوق پستی ۶۲۶

تلفن: ۳۱۳۳۱۰۰ - ۳۱۳۳۷۰۵

آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

پست الکترونیکی معاونت درمان :